

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref.: **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.**

Prezado Senhor(a),

Encaminho à Vossa Senhoria, esclarecimentos acerca do processo administrativo de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, autuado sob o nº **PMPF.01.120625.PE.SESA**, que versa sobre a **Aquisição de equipamentos para montagem da sala de estabilização e parto humanizado, e materiais cirúrgicos para atender as necessidades da unidade de pronto atendimento municipal do município de Pires Ferreira/CE**, a fim de elucidar as dúvidas correntes.

- **Qual o tamanho mínimo da tela (em polegadas)?**

Resposta: Tamanho mínimo do monitor: tela touch de 10,4", ideal para leitura clara de parâmetros e formas de onda.

- **Frequência respiratória? Sugestão 1 a 150 rpm Volume corrente?**

Resposta: Frequência respiratória (FR): ajustável de 1 a 100 rpm (rpm); Volume corrente (Vt): ajustável de 20 a 2000 mL (modelo suporta fluxo expiratório até 3000 mL monitorado).


- **Sugestão 5 a 2500ml Pressão controlada? Sugestão 1 a 90 cmH₂OPEEP?**

Resposta: Pressão controlada: regulável entre 5 a 70 cmH₂O.

Sugestão 1 a 50 cmH₂O Será utilizado em UTI (estacionário) ou transporte externo(ambulância)?

Resposta: PEEP: faixa de 0 a 50 cmH₂O. Para uso em salas de estabilização (UTI móvel ou fixa).

Pires Ferreira/CE, 07 de julho de 2025.



FRANCISCO ERIC BATISTA XIMENES
Agente de Contratação



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref.: **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.**

Prezado Senhor(a),

Encaminho à Vossa Senhoria, esclarecimentos acerca do processo administrativo de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, autuado sob o nº **PMPF.01.120625.PE.SESA**, que versa sobre a **Aquisição de equipamentos para montagem da sala de estabilização e parto humanizado, e materiais cirúrgicos para atender as necessidades da unidade de pronto atendimento municipal do município de Pires Ferreira/CE**, a fim de elucidar as dúvidas correntes.

Os documentos de habilitação só serão solicitados ao licitante classificado da melhor proposta, conforme o subitem 7.6. do edital.

Pires Ferreira/CE, 07 de julho de 2025.


FRANCISCO ERIC BATISTA XIMENES
Agente de Contratação

Esclarecimentos - Processo PMPF01120625 - MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/07/2025 13:01	Bom dia! Analisando o edital do Pregão Eletrônico PMPF.01.120625.PE.SESA, percebemos que o descritivo do item 01 – Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico não possui todos os dados necessários à melhor identificação do equipamento a ser licitado. Diante disso solicito esclarecimentos quanto a: Qual o tamanho mínimo da tela (em polegadas)? Frequência respiratória? Sugestão 1 a 150 rpm Volume corrente? Sugestão 5 a 2500ml Pressão controlada? Sugestão 1 a 90 cmH2O PEEP? Sugestão 1 a 50 cmH2O Será utilizado em UTI (estacionário) ou transporte externo(ambulância)? Enfatizamos que sem essas características não é possível estabelecer o equipamento correto na proposta, havendo disputa entre ventiladores de tipos diferentes (como de transporte e de UTI), e com isso, trazer prejuízo ao Município que irá adquirir um ventilador que não atende às suas necessidades.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
07/07/2025 14:39	SEGUE EM ANEXO A RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.	RESPOSTA 01.pdf	https://lanceletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/8e2f3beca2334f17a2f8453ab672aa7d.pdf

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
04/07/2025 16:41	Prezado (a) Pregoeiro (a), o edital cita que o pregão será regido pela NOVA LEI 14.133, ou seja, proposta e documentos de habilitação deverão ser enviados somente pela empresa arrematante após a fase de lances. Porém, ao consultar no sistema, vimos que consta o campo para anexar esses documentos de habilitação e proposta. Nesse caso, entendemos que só será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, não sendo, portanto, necessário o envio de tais documentos de forma antecipada por todos os licitantes. Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
07/07/2025 14:41	SEGUE EM ANEXO A RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.	RESPOSTA 02.pdf	https://lanceletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/a4df0c0471f949949e2e25606f3d4a19.pdf